



L.dz. 90 – 0902 / *UB* / 2011

Olsztyn, dnia *02.06* 2011 r.

Nr postępowania: 127 / 2011 / PN / DZP

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dziękując za udział w niniejszym postępowaniu, uprzejmie zawiadamiamy, iż do realizacji zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z instalacją aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego do Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby realizacji projektu nr POKL. 04.01.02-00-114/10, pt.: „Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

PRECOPTIC Co. Wojciechowsky spółka jawna, ul. Arkuszowa 60, 01 – 934 Warszawa:

w zakresie część nr 2: 12 499,26 zł. brutto

MERANCO Aparatura Kontrolno – Pomiarowa i Laboratoryjna sp. z o.o.,

ul. Myśluborska 89, 60 – 432 Poznań:

w zakresie części nr 3: 11 500,00 zł. brutto

Firma Inżyniersko – Handlowa CONSBEST sp. z o.o.,

ul. Wadowicka 12, 30 – 415 Kraków:

w zakresie części nr 4: 15 867,00 zł. brutto



Uzasadnienie wyboru:

Wykonawcy spełniają określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki udziału w postępowaniu jak również zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert uzyskali najwyższą liczbę punktów.

W postępowaniu udział wzięli:

Lista wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację, przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego zawiadomienia.

Oferty odrzucone:

1. Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie części nr 3 odrzuca ofertę firmy Donserv z siedzibą przy ul. Globusowej 38, 02 – 436 Warszawa, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał, aby zaoferowany w zakresie części nr 3 termostat wyposażony był w wymienny termoblok na 24 próbówki (2.0 ml) natomiast ww. wykonawca zaoferował termoblok na 40 próbówek. Ponadto Wykonawca zaoferował termomikser o innej niż wymagana dokładność utrzymywania temperatury – wymagano: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (zakresie $20 - 45^{\circ}\text{C}$) i $\pm 2,0^{\circ}\text{C}$ (poniżej 20°C i powyżej 45°C) – zaoferowano: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (zakresie $0 - 60^{\circ}\text{C}$) i $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ (od 60°C do 100°C).

W związku z powyższym ofertę ww. Wykonawcy uznaje się za niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



2. Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie części nr 3 odrzuca ofertę firmy ALAB sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00 - 739 Warszawa, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał, aby zaoferowany w zakresie części nr 3 termostat zapewniał prędkość chłodzenia w zakresie: 2-3^oC (od 99^oC do RT), 0,5 – 1 ^oC (od RT oraz 13^oC pon. RT) natomiast wykonawca zaoferował prędkość chłodzenia od górnego zakresu do temperatury +20^oC - 7^oC/min. od +20^oC do dolnego zakresu 3^oC/min.

W związku z powyższym ofertę ww. wykonawcy uznaje się za niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy wykluczeni:

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

Podpisanie umowy:

- w zakresie części nr 3 Zamawiający zgodnie z treścią art. 94 ustawy prawo zamówień publicznych zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia
- w zakresie części nr 2 i 4 Zamawiający zgodnie z treścią art. 94 ustawy prawo zamówień publicznych zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.
- umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie przesłana pocztą do Wykonawcy.



Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej”.

KANCLERZ

.....*Andrzej Cimerman*.....
(Podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 1.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena (brutto)
01	CONBEST sp. z o.o. Firma Inżyniersko – Handlowa ul. Wadowicka 12 30 – 415 Kraków	Część nr 4 15 867,00 zł.
02	DONSERV ul. Globusowa 38 02 – 436 Warszawa	Część nr 3 8 782,20 zł. Część nr 4 31 857,00 zł.
03	ALAB sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30 lok. 222 00 – 739 Warszawa	Część nr 3 10 844,91 zł.
04	MERANCO Aparatura Kontrolno – Pomiarowa i Laboratoryjna sp. z o.o. ul. Myśliborska 89 60 – 432 Poznań	Część nr 3 11 500,00 zł.
05	PREOPTIC Co. Wojciechowski spółka jawna ul. Arkuszowa 60 01 – 934 Warszawa	Część nr 2 12 499,26 zł.

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Część nr 2

Numer oferty	Liczba pkt. w kryterium: Cena	Razem
01	1,0	1,0

Część nr 3

Numer oferty	Liczba pkt. w kryterium: Cena	Razem
04	1,0	1,0

Część nr 4

Numer oferty	Liczba pkt. w kryterium: Cena	Razem
01	1,0	1,0
02	0,498	0,498